



Information zur Bestimmung von Creatinin/Elektrolyte im 24-Std-Sammelurin

Achtung! Der Sammelbehälter darf **keine Substanzen zur Stabilisierung** des Urins enthalten! Er soll sauber und trocken sein.

Patient:

Bitte beschriften Sie das/die Sammelgefäß/e mit Ihrem Namen und Geburtsdatum.

Sie beginnen bitte am Morgen mit der Sammlung, indem Sie nach dem Aufstehen die Blase in die Toilette entleeren. Bitte notieren Sie die Uhrzeit auf dem Sammelgefäß.

Von jetzt an sammeln Sie bitte jeden Urin des Tages und der folgenden Nacht in das viereckige Sammelgefäß. Wenn ein Gefäß nicht ausreicht, benutzen Sie das zweite.

Der Morgenurin am nächsten Tag gehört in das Sammelgefäß. Bitte sammeln Sie genau 24 Stunden (z. B. von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr). Die Sammlung ist dann abgeschlossen.

Bitte bringen Sie den bzw. die Sammelbehälter bis spätestens 10:00 Uhr in die Praxis.

Arztpraxis:

1. Den/die Sammelbehälter gut mischen und eine Urinmonovette vollständig füllen.
2. Die Urinmonovette beschriften und mit Anforderungsschein umgehend ins Labor einsenden. Ist eine sofortige Einsendung nicht möglich, können Sie die Monovette im Kühlschrank lagern.
3. Den Urinsammelbehälter **nicht** zurück ins Labor senden.